



<b>ENGLISH</b>	<b>Declaration of Conformity.....</b>	<b>2</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>Konformitätserklärung.....</b>	<b>3</b>
<b>DANSK</b>	<b>Konformitätserklæring.....</b>	<b>4</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>Dichiarazione di conformità.....</b>	<b>5</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>Konformitetsörklaring.....</b>	<b>6</b>
<b>POLSKI</b>	<b>Deklaracja Zgodności.....</b>	<b>7</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>Déclaration de conformité.....</b>	<b>8</b>



## ENGLISH - Declaration of Conformity

Hereby declare under our sole responsibility as a legal manufacturer that the product specified on the product list below, meet the essential health and safety requirements and is in conformance with the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on medical devices.

The product are classified as Class I, medical device. The classification is based on the requirements of Rule 1 of annex VIII, of the Regulation (EU) 2017/745.

The CE marking has been affixed on the product according to Annex V of the Regulation (EU) 2017/745.

### INTENDED PURPOSE

Designed to increase the mobility of persons who have difficulties standing or walking

### PRODUCT LIST

#### PANTHER ROLLATOR

REF / item no.	318003	318004
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

### ACCESSORIES LIST

Item no.	List of accessory no.
318003+04	-


### Used Harmonized norms:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

In case of unintended incidents or suspected faults, failures or defects of the product, the dealer or Mobilex A/S must be contacted

Thomas Nygaard Christensen  
Managing Director  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

.....  
Signature



## DEUTSCH - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in unserer alleinigen Verantwortung als rechtmäßiger Hersteller, dass das in der Produktliste aufgeführte Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt und den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Medizinprodukte entspricht.

Die Produkte sind klassifiziert als Medizinprodukt der Klasse I. Die Klassifizierung basiert auf den Anforderungen von Regel 1 des Anhangs VIII der Verordnung (EU) 2017/745

Die CE-Kennzeichnung wurde gemäß Anhang V der Verordnung (EU) 2017/745 auf dem Produkt angebracht.

### ZWECKBESTIMMUNG

Entwickelt, um die Mobilität von Personen zu erhöhen, die Schwierigkeiten beim Stehen oder Gehen haben

### PRODUKTLISTE

#### PANTHER ROLLATOR

<b>REF / Artikel Nr.</b>	<b>318003</b>	<b>318004</b>
<b>UDI-DI</b>	5740001403909	5740001403916
<b>BASIC-UDI-DI</b>	57400014PANTHERGX	

#### ZUBEHÖRLISTE

<b>Artikel Nr.</b>	<b>Zubehörliste Nr.</b>
318003+04	-

### Gebraucht Harmonisierte Normen:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

Bei unbeabsichtigten Vorfällen oder vermuteten Fehlern, Ausfällen oder Defekten des Produkts muss der Händler oder Mobilex A/S kontaktiert werden

Thomas Nygaard Christensen  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

.....  
Unterschrift



## DANSK - Konformitetserklæring

Hermed erklærer vi på vores eget ansvar som lovlig producent, at produkter, der er angivet på nedenstående produktliste, opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og er i overensstemmelse med bestemmelserne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Produkterne er klassificeret som medicinsk udstyr i klasse I. Klassificeringen er baseret på kravene i regel 1 i bilag VIII, regel 1, i forordning (EU) 2017/745

CE-mærkningen er blevet anbragt på produktet i henhold til bilag V i forordning (EU) 2017/745.

### FORMÅL

Designet til at øge mobiliteten for personer, der har svært ved at stå eller gå

### PRODUKTLISTE

#### PANTHER ROLLATOR

REF / artikel nr.	318003	318004
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

#### LISTE OVER TILBEHØR

Artikel nr.	Liste over tilbehør nr.
318003+04	-

### Harmoniserede normer som er brugt:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

Ved utilsigtede hændelser eller hvis der er formodning om, at der er fejl, svigt eller mangler ved produktet skal forhandleren eller Mobilex A/S kontaktes

Thomas Nygaard Christensen  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

Underskrift



## ITALIANO - Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiariamo, sotto la nostra unica responsabilità in qualità di produttore legale, che il prodotto specificato nell'elenco dei prodotti qui sotto soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza ed è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici.

Il prodotto classificato come Classe I, dispositivo medico. La classificazione si basa sui requisiti della Regola 1 dell'allegato VIII, del Regolamento (UE) 2017/745.

Il marchio CE è stato apposto sul prodotto in conformità all'Allegato V del Regolamento (UE) 2017/745.

### SCOPO PREVISTO

Progettato per aumentare la mobilità di persone che hanno difficoltà a stare in piedi o a camminare.

### ELENCO PRODOTTI

#### PANTHER ROLLATOR

REF / Art. nr.	318003	318004
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

### ELENCO DEGLI ACCESSORI

Art. nr.	Elenco accessori no.
318003+04	-

### Norme armonizzate:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

In caso di incidenti involontari, di sospetti di guasti, malfunzionamenti o difetti del prodotto, è necessario contattare il rivenditore o la Mobilex A/S

Thomas Nygaard Christensen  
Amministratore delegato  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

Firma



## SVENSKA - Konformitetsörklaring

Härmed förklarar vi på vårt eget ansvar som laglig tillverkare att den produkt som anges på produkten nedan angivna produkten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och överensstämmer med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Produkterna er klassificerad som medicinteknisk produkt i klass I. Klassificeringen grundar sig på kraven i regel 1 i bilaga VIII till förordning (EU) 2017/745.

CE-märkningen har anbringats på produkten i enlighet med bilaga V till förordning (EU) 2017/745.

### SYFTE

Utformad för att öka rörligheten för personer som har svårt att stå eller gå.

### PRODUKTFÖRTECKNING

#### PANTHER ROLLATOR

REF / Art. nr.	318003	318004
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

#### FÖRTECKNING ÖVER TILLBEHÖR

Art. nr.	Tillbehörslista nr.
318003+04	-

### Harmoniserade standarder som används:

PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041

I händelse av olyckshändelser eller om man misstänker att det finns fel, brister eller defekter i produkten måste återförsäljaren eller Mobilex A/S kontaktas.

Thomas Nygaard Christensen  
Adm. direktör /  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

.....  
Signatur



## POLSKI - Deklaracja Zgodności

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność jako legalny producent, że produkt wyszczególniony na poniższej liście produktów spełnia zasadnicze wymagania zdrowotne i bezpieczeństwa oraz jest zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Produkt sklasyfikowana jako klasa I, wyrób medyczny. Klasyfikacja opiera się na wymaganiach reguły 1 załącznika VIII, rozporządzenia (UE) 2017/745.

Znak CE został umieszczony na produkcie zgodnie z załącznikiem V rozporządzenia (UE) 2017/745.

### ZAMIERZONY CEL

Zaprojektowane w celu zwiększenia mobilności osób, które mają problemy ze stanem lub chodzeniem

### LISTA PRODUKTÓW

#### PANTHER ROLLATOR

REF / Nr Art.	318003	318004
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

### LISTA AKCESORIÓW

Nr Art.	Lista numerów akcesoriów
318003+04	-


### Używane Normy zharmonizowane:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

W przypadku niezamierzonych zdarzeń lub podejrzeń o usterki, awarie lub wady produktu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą Mobilex A/S

Thomas Nygaard Christensen  
Dyrektor zarządzający  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

.....  
Podpis



## FRANÇAIS - Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité en tant que fabricant légal que le produit spécifié sur la liste de produits liste ci-dessous, répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité et est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositifs médicaux.

Le produit est classé dans la classe I, dispositif médical. La classification est basée sur les exigences de la règle 1 de l'annexe VIII, du règlement (UE) 2017/745.

Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'annexe V du règlement (UE) 2017/745.

### OBJECTIF VISÉ

Conçu pour augmenter la mobilité des personnes qui ont des difficultés à se tenir debout ou à marcher.

### LISTE DES PRODUITS

#### PANTHER ROLLATOR

REF / Art. nr.	318003	318002
UDI-DI	5740001403909	5740001403916
BASIC-UDI-DI	57400014PANTHERGX	

### LISTE D'ACCESSOIRES

Art. nr.	Liste des accessoires no.
318003+04	-

### Normes harmonisées utilisées:

**PN-EN ISO 11199-2; EN ISO 14971, EN 1041**

En cas d'incidents involontaires ou de soupçons de pannes, de défaillances ou de défauts du produit, il convient de contacter le revendeur ou Mobilex A/S

Thomas Nygaard Christensen  
Directeur général  
Mobilex A/S  
Skanderborg, 25-06-2024

Signature